調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
テレビ装置，患者監視用，２型		GM－T１０７２４７	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作　成	平成２１年　8月２８日
		変　更	年　月　日
		作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のテレビ装置，患者監視用について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログ等によって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造会社の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　製品に関する要求

2.1　構成

構成は，**表1**によるものとし，規格等に示す製造会社及び製品名又は同等品（他社製品を含む。）による。

表1－構成

番号	名称	数量[a)]	規格等	
			日本ビクター㈱	池上通信機㈱
1	ドーム型カメラ	13	TK-S686B	PCS-38
2	天井埋込ブラケット	13	WB-S685	XHG-3829
3	カラービデオカメラ	2	TK-S549	ICD-509VPA
4	1/3型オートアイリス変倍レンズ	2	HZ-G1022	TG3Z2910FCS(ID)

表1－構成(続き)

番号	名称	数量[a)]	規格等	
			日本ビクター㈱	池上通信機㈱
5	天井取付フィクサー	2	WB-3002B	H-10
6	コントロールユニット	1	SW-2200×１	PCS-358F×２
7	リモートコントローユニット	1	RM-P2200	PCS-35KB
8	カメラコントロールユニット	1	TK-U1802×２	MPB-40TypeA×１
9	ハードディスクレコーダ	1	VR-777DXB	SDR-416D
１０	電源ユニット	7	TK-A241	ユニットに含む。
１１	ユニットケース	4	UC-P1012	ユニットに含む。
１２	カメラ機器収納卓	1	カメラ機器収納卓	HA-66
１３	ハイビジョン液晶テレビ	1	LT-P32A3	LC-32DE5(シャープ㈱)
１４	１９ｖ型ディスプレイモニター	1	LM-H191V	ULM-193
１５	テレビ用壁掛け金具	1	TS-C2040W1	壁掛け金具
１６	液晶ハンガー天吊	1	液晶ハンガー天吊	液晶ハンガー天吊
１７	配線コード	１式	―――	―――
注[a)] 規定の数量と異なる場合は，調達要領指定書によって指定する。				

2.2 材料・加工方法

材料及び加工方法は，製造会社の定めた仕様及び規格による。

2.3 構造・形状・寸法・質量

構造，形状，寸法及び質量は，次によるほか，製造会社の定めた仕様及び規格による。

a) カメラは 30 倍光学ズームレンズを有し，電子ズーム機能によって最大 300 倍以上のズームが可能であるものとする。

b) カメラレンズの広角焦点距離は，3.80㎜ 以下であるものとする。

c) カメラの回転音が静音であるものとする。

d) 細部撮影に対応しているものとし，水平解像度は 540TV 本以上であるものとする。

e) 各カメラは，リモートコントロールによる視野操作が行えるものとする。

f) 各カメラは，任意に切り替え設定が可能であるものとする。

g) ハードディスクドライブにデータ保存が可能であものとする。

2.4 性能

性能は，次によるほか，製造会社の定めた仕様及び規格による。

a) ドーム型カメラ

1) 走査方式　2:1インタレース，又はNTSC方式準拠

2) 同期方式　内部同期

3) 解像度　水平　520本以上
　垂直　350本

4) Ｓ／Ｎ比　45dB以上

5) 最低被写体照度　1.0Lux以下

6) 水平回転範囲　360°

b) カラービデオカメラ

1)	走査方式	2:1インタレース，又はNTSC方式準拠
2)	同期方式	内部同期
3)	解像度	水平　520本以上
		垂直　350本
4)	Ｓ／Ｎ比	47dB以上
5)	最低被写体照度	1.0Lux以下
6)	水平回転範囲	360°

c) コントロールユニット

1)	映像入力	専用電源多重入力　　4系統以上
2)	映像出力	VBS　1.0 Vp-p 75Ω　4系統以上
3)	電源	AC 100V，50/60Hz

d) リモートコントロールユニット

1)	映像入力	専用電源多重入力　　4系統以上
2)	映像出力	VBS　1.0 Vp-p 75Ω　4系統以上
3)	電源	AC 100V，50/60Hz

e) カメラコントロールユニット

1)	映像入力	専用電源多重入力　　4系統以上
2)	映像出力	VBS　1.0 Vp-p 75Ω　4系統以上
3)	電源	AC 100V，50/60Hz

f) ハイビジョン液晶テレビ

1)	液晶パネル	32インチ
2)	画素数	水平1 366×垂直768ﾄﾞｯﾄ　以上
3)	電源	AC 100V，50/60Hz，又はACアダプタ

g) １９ｖ型ディスプレイモニター

1)	液晶パネル	19インチ
2)	画素数	水平1 280×垂直1 024ﾄﾞｯﾄ　以上
3)	電源	AC 100V，50/60Hz，又はACアダプタ

2.5　外観

外観は，きず，汚れ等がなく，仕上げが良好なものとする。

2.6　製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a) 製品の表示は，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳＺ　８０１１による１種銘板を表示する。

b) １種銘板の取得番号は，“０５１３５２０”とする。

3　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4　出荷条件

4.1　包装

包装は，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.1による。

4.2　包装の表示

包装の表示は，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.2による。

5　その他の指示

5.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造会社の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

5.2　納入書類

5.2.1　添付書類

添付書類は，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a)　取扱説明書（日本語版）　　１部

b)　附属品明細表（様式適宜）　　１部

c)　納入品カタログ　　１部

5.2.2　提出書類

提出書類は，**表2**による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略できるものとする。

表2－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	１部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表（様式適宜）			
納入品カタログ			

5.3　据付調整

据付調整は，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き，搬入後速やかに組立て，調整及び据付けを行うものとする。